
TARJOUSPYYNTÖ Hammashuolto/2018

Suoradigitaalisen ortopantomografialaitteen hankinta

1. Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö

Virallinen nimi	Kittilän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus	0191406-6
Postiosoite	Valtatie 15
Postitoimipaikka	Kittilä
Postinumero	99100
Maa	Suomi
Yhteyshenkilö	Tiina Karhunen
Puhelin	+358 406704934
Sähköpostiosoite	tiina.karhunen@kittila.fi
Pääasiallinen osoite (URL)	http://www.kittila.fi

2. Hankinnan kohde

Hankinnan nimi

Suoradigitaalisen ortopantomografialaitteen hankinta

Hankinnan tunniste- tai viitenumero

Hammashuolto/2018

Hankinnan kuvaus

Suun terveydenhuolto pyytää tarjousta suoradigitaalisesta ortopantomografialaitteesta ohjelmistoineen ja liitännöineen integroituna nykyiseen toimintaympäristöön. Laitte varusteineen hankitaan varattujen määrärahojen puitteissa.

Hankintalaji

Tavarahankinnat

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

3. Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjoukset kohderyhmittäin sallittu

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

31.08.2018 klo 16:00

Lisätietoja

Tarjoukset otetaan vastaan ainoastaan sähköisesti kilpailutusportaalin kautta.

Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

3 kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

4. Tarjouspalvelun tiedot**Hankinnan tunniste**

Hammashuolto/2018

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys kokonaishankinnan mukaan

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 17.08.2018 00:00 mennessä

LisätiedotKysymyksiä otetaan vastaan ainoastaan Clodian kilpailutusportaalin kautta.
Kysymyksiin vastataan keskitetysti portaalin kautta 24.8.2018 mennessä.**Liikesalaisuustiedot****Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa)**

Kyllä

5. Soveltuvuusvaatimukset**Lisätietoa**

Toimittajan varautuu osoittamaan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Asiakirjat tarkistetaan kilpailutuksen voittaneelta toimittajalta ennen sopimuksen solmimista.

Tarjoajalla on oltava riittävä kokemus tarjottavien laitteiden toimittamisesta Suomessa.
Tarjoajan on ilmoitettava referenssinä kolme asiakasta, joille kyseinen laite on toimitettu

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Lisätietoa
Toimittajan varautuu osoittamaan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Asiakirjat tarkistetaan kilpailutuksen voittaneelta toimittajalta ennen sopimuksen solmimista.	Kyllä		
Referenssilista asiakkasta, joille kyseinen laite on toimitettu.	Ladattava		Lataa tähän referenssilista.

6. Hankinnan kohteen kriteerit

Kokonaishinnan maksimipisteet 55.00	$\frac{\text{pienin annettu arvo}}{\text{tarjottu arvo}} \cdot \text{maksimipisteet}$
Laadun maksimipisteet 45.00	$\frac{\text{tarjottu arvo}}{\text{suurin annettu arvo}} \cdot \text{maksimipisteet}$

Suoradigitaalinen ortopantomografialaite				
Suoradigitaalinen ortopantomografialaite	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 1 kappale	€ / kappale			
Tarjottu laite täyttää EU-normien vaatimukset. Laitteessa on oltava terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) mukainen CE-merkintä (direktiivi 93/42/ETY) Laitteen on täytettävä Suomen säteilyturvakeskuksen asettamat turvallisuusvaatimukset (ST-ohje 3.1 liite B ja sen mahdolliset päivitettyt versiot	Kyllä			
Hinta on ilmoitettu kokonaishintana yhdelle (1 kpl) laitteelle. Hintatieto on esitetty arvonnisäverottomana (alv 0 %) nettointana. Hinnat tulee esittää euromääräisenä. Tarjouksessa esitettyyn hintaan sisältyvät kaikki tilaajalle hankinnasta kohdistuvat kustannukset (esim. toimitusehdon mukaiset kustannukset, asennuskustannukset sekä matka- ja koulutuskustannukset). Toimittaja ei peri mitään muita kustannuksia (kuten pientoimitus- tai laskutuslisää).	Kyllä			
Tarjouksen maksuehto on vähintään 21 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutus-, toimitus-, matkavakuutus- yms. lisä ei hyväksytä.	Kyllä			
Takuu ja huolto				

Tarjotulle laitteelle myönnettävä takuu-aika on ilmoitettava kuukausina ja takuuajan tulee olla vähintään yksi (1) vuotta (12 kk). Takuu koskee laitetta ja kaikkia varusteita ja sen tulee kattaa mm. materiaalivirheet, epätavallisen nopea kuluminen tai vaurioituminen normaalissa käytössä, rikkoutuminen normaalissa käytössä (pois luettuna ilkivalta tai muu tahallinen vaurioittaminen). Takuu-aikainen huolto suoritetaan pääsääntöisesti laitteen sijoituspaikalla. Huolto-aika sovitaan tapauskohtaisesti. Takuu-aikaisen huoltopalvelun on oltava suomenkielinen. Takuuhuolto tulee hoitaa viivyttyksettä siten, että laite saatetaan käyttökuntoon viimeistään viiden (5) työpäivän kuluessa huoltokutsun esittämisestä. Muilta osin takuun ehdot määräytyvät JYSE 2014 (tavarat) sopimusehtojen mukaisesti. Tilaaja päättää takuuajan jälkeisen huoltopalvelun järjestämisestä erikseen.

Lataa tähän kuvaus takuusta ja huollosta

Ladattava

Laatupisteet

Ilmoittakaa takuu-aika vuosina. Takuun tulee laitteen ja sen osien lisäksi sisältää huoltopalvelu.

Valittava

5.00

1 vuotta 0p
 2 vuotta 2p
 3 vuotta 3p
 4 vuotta 5p

Ilmoittakaa huollon vaste-aika vuorokausina.

Valittava

5.00

5 päivää 0p
 4 päivää 2p
 3 päivää 3p
 2 päivää 4p
 1 päivä 5p

Kittilän kunnan edustajat käyttäjät arvioivat tarjotun tuotteen. Arvioiminen tapahtuu tutustumalla tuotteeseen. Arviointiryhmä arvioi laitteen kuvanlaatua (10 pistettä), käytettävyyttä (10 pistettä) sekä ohjelmisto- ja korjauspäivityksiä (5 pistettä). Lisäksi arvioidaan päivittäisten huollon ja omavalvonnan helppoutta (5 pistettä).

30.00

Manuaalinen

Laitteen toimimattomuusajan minimointi.

Valittava

5.00

Laitteessa on häiriötilanteiden todennäköisimmän syyn ilmaiseva toiminto 5p
 Laitteessa ei ole häiriötilanteiden todennäköisimmän syyn ilmaiseva toiminto 0p

Ehdottomat vaatimukset

Tarjotun laitteen varaosia on saatavana vähintään 10 vuoden ajan laitteen toimituksesta. Ohjelmisto- ja korjauspäivityksiä on voitava tehdä vähintään kymmenen vuoden ajan laitteen käyttöönottopäivästä	Kyllä
Laitteella vaaditaan ehdottomasti seuraavat toimintaan liittyvät ominaisuudet • Laitteella voidaan kuvata aikuisia ja lapsia • Laitteella voidaan kuvata pyörätuolissa istuva henkilö • Laitteella voidaan kuvata ainoastaan haluttu osa-alue, on oltava mahdollisuus sekä horisontaaliseen, että vertikaaliseen segmentointiin • Laitteella on mahdollista kuvata leukanivel suu auki ja kiinni sekä lateraalisuunnassa ja PA- projektiossa • Kefalostaattilaitte on mahdollista liittää laiteeseen myöhemmin • Laitteessa on opastava käyttöliittymä ja laitteen ohjaaminen on mahdollista myös tietokoneelta • Laitteessa on mahdollisuus asettaa kuvausarvot (mA ja kV) manuaalisesti • Potilaan saama sädeannos näytetään ja se siirtyy kuva-arkistoon • Toimitukseen ja sen hintaa kuuluu omavalvonnan vaatimat testikappaleet • Laite on mahdollista päivittää 3 D laitteeksi	Ladattava
Tarjoajan on tarjottava mahdollisuus tutustumiseen enintään 200 km:n päässä Kittilästä. Lataa tähän tiedot tutustumispaikasta.	Ladattava
Toimitukseen tulee sisältyä hankittavien laitteiden huoltoon, käyttöön ja omavalvonnan toteuttamiseen liittyvä suomenkielinen dokumentaatio kirjallisen ja sähköisenä sekä suomenkielinen käyttöönottokoulutus käyttäjille käyttöönoton yhteydessä sekä laitteiden vianmääritysdiagnoositiikan koulutus.	Kyllä
Laitteen ohjelmistot on integroitava Tiedon potilastietojärjestelmään. Ohjausohjelmistona on Dimaxis. Kuvat arkistoidaan paikalliseen Jivex-arkistoon. Laitteenkäytön tulee perustua käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin. • Laitteen kuvantamisohjelmiston on täytettävä Kanta kuva-aineistoille asetetut määrittymät	Kyllä

Laitteeseen on voitava myöhemmin tarvittaessa liittää kefalostaatti.

Kyllä

Ryhmän yleiset kriteerit	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Ortopantomografia kuvauslaite hankitaan perille toimitettuna (TOP) ja asennettuna käyttökuntoon nykyiseen kuvausalaan integroituna käytössä olevaan kuvantamisympäristöön pakkausjätteet ja –roskat poisvietyinä

Kyllä

Toimitusosoite: Kittilän terveyskeskus, Sairaalan tie 2, 99100 Kittilä

Toimitusaika on enintään kahdeksan (8) viikkoa tilauksesta. Tarjoajan on ilmoitettava tässä toimitusaika. Tarkka toimitusaika sovitaan tilauksen yhteydessä.

Syötettävä

Toimituksen viivästyessä Tilajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että viivästyminen on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan viisi (5) prosenttia jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Viivästyssakko lasketaan sellaisenaan tuotteen hinnasta, jota ei viivästymisen takia voida ottaa käyttöön, ja sitä peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Tilajalla on oikeus vähentää viivästyssakot Toimittajalle tapahtuvista maksusuorituksista.

Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 100.00

7. Muut tiedot

Hankintayksikön esittely

Laitte tulee Kittilän kunnan suunterveydenhuollon käyttöön.

Muut asiat

Hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 tavarat), siltä osin kuin tarjouspyynnössä ei toisin mainita.

Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja.

Tarjouksen antaja on sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla vastuussa siitä, että se kykenee toimimaan tarjouksensa mukaisesti.

Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman tilaajan suostumusta.

Kaikki tavarantoimitamiseen liittyvät palvelut on toimitettava suomen kielellä. Tarjous ja sen liitetiedot sekä esitteet on laadittava suomen kielellä.

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista.

Tilaaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista, mikäli tarjoukset ovat liian kalliita tai muusta syystä epäedullisia tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi.

Tarjousasiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Tarjousasiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asianosaisilla on kuitenkin oikeus saada tieto tarjousasiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisistä liike- ja ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.

Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali ladata merkinnällä "LIIKESALAISUUS". Vertailuhinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus.

Tarjosten avauttilaisuus ei ole julkinen.

Hankintapäätös toteutetaan kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Hankintapäätös toimitetaan sähköisellä tiedoksiannolla kaikille tarjoajille. Tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seuraavana päivänä sähköpostin lähettämisestä.

Tiedonantoa varten tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja hyväksyä se, että päätös lähetetään sähköpostitse.

Hankinnasta solmitaan kirjallinen hankintasopimus valitun tavarantoimittajan kanssa. Hankintasopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu molempien sopimuskumppaneiden toimesta ja ilmoitettu hankinnan sopimuskausi on alkanut.

9. Allekirjoittajat

Tiina Karhunen, VT vastaava hammaslääkäri

Kittilän kunta
Valtatie 15
99100 Kittilä
0191406-6

Puhelin +358 400356500
Telefax +358 16642259
Email kirjaamo@kittila.fi
Internet www.kittila.fi